

公告序號：2025-011

公告編碼：20250311-01

受 文 者：貴 單位主管鈞鑒

日 期：2025 年 03 月 11 日

公告事項：檢驗項目 dRVVT Screening、Confirmation 修改參考值

說 明：

dRVVT 檢驗項目無原廠參考值，所提供之參考值會因不同試劑批號，而有些微差異，此參考範圍不能代表 Lupus anticoagulant，仍須以 Normalized ratio 結果進行判讀，自 2025 年 03 月 17 日起，更換試劑批號，修改如下：

項目	原參考值	新參考值
dRVVT Screening (Lupus LA1)	28.4-49.4sec	30.4-45.3sec
dRVVT Confirmation (Lupus LA2)	26.3-32.7sec	26.5-30.4 sec

特此告知 造成不便 敬請見諒！

備註：採檢手冊 2025 年_第258頁網址 <https://www.lez.com.tw/>

承辦人員：生化組長 陳鈺濬 分機 1432
品質主管 余佩玲 分機 1402
技術主管 賴孟君 分機 1404

立 人 醫 事 檢 驗 所 敬 上

立人醫事檢驗所
JY01010089