

公告序號：2023-029

公告編碼：20230712-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2023年07月12日

公告事項：檢驗項目  $\beta 2$  microglobulin (Urine)更換試劑廠牌

說明：

- 一、自2023年07月01日起，檢驗項目  $\beta 2$  microglobulin (Urine)更換廠牌。
- 二、變更詳細資訊如下：

	原方法	新方法
健保碼	12052B	<b>12052B</b>
項目	$\beta 2$ -microglobulin Urine	<b><math>\beta 2</math>-microglobulin Urine</b>
機台		<b>Abbott ALINITY c</b>
原理	CLIA	<b>免疫比濁法</b>
檢體需求	尿液 (Urine)	<b>尿液 (Urine)</b>
檢體需求量	3.0 mL	<b>3.0 mL</b>
檢體保存	冷藏保存	<b>冷藏保存</b>
分析範圍	4-500 ng/mL	<b>250 – 16000 ng/mL</b>
參考區間	<300 ng/mL	<b>&lt;320 ng/mL</b>
發報告日	2天	<b>2天</b>

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 382 頁

(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

- 三、受影響之報告與檢體：自2023年07月01日起操作之檢體。

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：行政副組長 徐瑋婷 分機 1532

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所  
JY01010089