

公告序號：2023-030

公告編碼：20230726-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2023年07月26日

公告事項：代檢單位檢測設備升級，修改微量元素操作時間及偵測極限。

說明：

- 一、因應委外單位台北病理中心設備升級，自2023年08月01日(週二)起，修改代檢之微量元素檢驗項目操作時間及偵測極限。
- 二、參考區間與原始相同維持不變。
- 三、變更詳細資訊如下：

	原方法	新方法
健保碼	09049B	09049B
項目	Lead;Pb	Lead;Pb
機台	PerkinElmer 900Z	Nex10N 1000 ICP-MS PerkinElmer
檢體需求	全血檢體	全血檢體(EDTA)
檢體保存	冷藏保存	冷藏保存
分析範圍	0.5-120ug/dL	0.1-160ug/dL
參考區間	成人<10 ug/dL；孩童<5 ug/dL 勞工干預值： 男≥40 ug/dL，女≥30 ug/dL	維持不變
發報告日	每週二操作，隔日發報告	每週二操作，隔日發報告

	原方法	新方法
健保碼	10005B	10005B
項目	Cadmium;Cd	Cadmium;Cd
機台	Agilent 240Z AA	Nex10N 1000 ICP-MS PerkinElmer
檢體需求	全血檢體	全血檢體(EDTA)
檢體保存	冷藏保存	冷藏保存
分析範圍	0.2-20ug/L	0.1-160 ug/L
參考區間	<3.9 ug/L	維持不變
發報告日	每週四操作，隔日發報告	每週二操作，隔日發報告

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 108 頁 (查詢：<http://www.lez.com.tw/>)
委外北病 PB 未呈現於採檢手冊中

- 四、受影響之報告與檢體：自2023年08月01日(週二)送至代檢單位之檢體。

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：行政副組長 徐瑋婷 分機 1532
行政組長 任云甄 分機 1501
技術長 徐仁杰 分機 1502

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上