

公告序號：2023-038

公告編碼：20230821-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2023年08月21日

公告事項：檢驗項目 **Chlamydia trachomatis Ag_EIA(包衣體試驗)**更換採檢耗材

說明：

- 一、委外單位通知，檢驗項目檢驗項目 Chlamydia trachomatis Ag_EIA(包衣體試驗)，若使用採檢拭子，僅接受使用專用採檢拭子送驗之檢體。
- 二、自2023年09月01日起，**不再接受以紅頭無膠棉棒或未經過確效之採檢器具送驗。**
- 三、採檢說明：

1. 女性子宮頸拭子：在採集檢體前，用棉球擦去子宮頸內部位的多餘黏液，並將棉球丟棄。拭子應插入子宮頸內管中，穿過鱗柱狀上皮交界處(squamocolumnar junction)，直到無法再看見大部分尖端為止，如此可獲取柱狀或立方上皮細胞，此類細胞為 Chlamydia 致病原的主要傳染窩。朝一個方向用力將拭子 360 度旋轉(順時針或反時針)，使其靜置 15 秒，接著取出拭子。請避免子宮頸外或陰道細胞污染。
2. 男性尿道拭子：請告知患者在採集檢體前一小時內不可排尿。將拭子插入尿道約 2-4 公分，朝一個方向用力將拭子 360 度旋轉(順時針或反時針)，使其靜置 10 秒，接著取出拭子。

- 四、採檢容器：Poly Swab 棉棒，儲存方式：2-30°C



- 五、若需申請耗材，請與承辦人員聯繫。

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：行政副組長 徐瑋婷 分機 1532
資訊副組長 溫子杰 分機 1502

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上