

公告序號：2023-056
公告編碼：20231225-01
受文者：貴單位主管鈞鑒
日期：2023年12月25日
公告事項：檢驗項目：Mumps-IgG 更換試劑廠牌
說明：

一、自2024年01月08日起，檢驗項目 Mumps-IgG 更換廠牌，變更後內容如下：

	原方法	新方法
項目	Mumps-IgG	Mumps-IgG
機台	TECAN ELISA READER	Liaison XL
原理	ELISA	CLIA
檢體需求	血清/血漿	血清/血漿(EDTA/Heparin)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	2-8°C 可放 14 天	1. 2-8°C，可保存 9 天，超過 9 天放 -20°C 2. 避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。
分析範圍	0~200 RU/mL	5-300 AU/mL
參考區間	<16(-) RU/mL ≥ 16 to <22 (+/-) RU/mL ≥ 22(+) RU/mL	<9.0(-) AU/mL ≥ 9.0 to <11.0 (equivocal) AU/mL ≥ 11.0(+) AU/mL
發報告日	每周一、三、五發報告	每天

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 281 頁
(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

二、受影響之報告與檢體：自 2024 年 01 月 08 日起操作之檢體。

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：技術長 徐仁杰 分機 1401
技術主管 賴孟君 分機 1404
品質主管 余佩玲 分機 1402

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
JY01010089