



立人醫事檢驗所
Lezen Reference Lab

公告序號：2026-014

公告編碼：20260211-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2026年02月11日

公告事項：委外生化項目(藥物、毒物)變更儀器設備。

說明：依據委外單位大安聯合醫事檢驗所對外公告辦理，自2026年02月12日起更改設備，影響項目資訊如下：

原設備：Dimension				x=Dim
新設備：SIEMENS Atellica CH				y=CH
檢驗項目	單位	原參考區間	新參考區間	新舊相關係數
10512B Amikacin	µg/mL	Trough：1.0-4.0 Peak：20.0-25.0 嚴重感染 Trough：5.0-8.0 嚴重感染 Peak：25.0-30.0		y=0.903x+0.498
10518B Gentamycin	ug/mL	Peak：4.0-10.0		y=1.003x-0.002
10803B Acetaminophen	ug/mL	10.0-30.0	10.0-20.0	y=0.932x+1.211
10508B Salicylates	mg/dL	2.8-20.0	抗發炎治療 15.0-30.0	
10812B Cocaine Ecgonine	ng/mL	Negative：<300		
10802B Barbiturates Screen	ng/mL	Negative：<200		
10813B Cannabinoid	ng/mL	Negative：<50		
10814B Phencyclidine	ng/mL	Negative：<25		

影響檢體自2026年02月12日起送至檢驗所之檢體(包含當日)

特此告知
造成不便敬請見諒！



承辦人員：行政委外 徐瑋婷 分機 1522

立人醫事檢驗所 敬上