立 人 醫 事 檢 驗 所
Lezen Reference Lab

公告序號：2026-063
公告編碼：20261020-01
受 文 者：貴 單位主管鈞鑒
日　　期：2026 年 10 月 20 日
公告事項：
1. 檢驗項目去氧核糖核酸抗體(Anti-ds DNA Ab)變更報告時效與注意事項
2. 檢驗項目 EB 病毒殼 IgA 抗體(Anti-EBV-VCA IgA)等項目變更報告時效
3. 檢驗項目 D-dimer test、FDP、Fibrinogen quantitation 修改可報告範圍(CRR)
4. 修改採檢手冊「檢體採檢所需之容器」3.2% Na citrate 藍蓋頭採血管採檢量之說明

說　　明：

1. 去氧核糖核酸抗體(Anti-ds DNA Ab)變更報告時效與注意事項，說明如下：

去氧核糖核酸抗體(Anti-ds DNA Ab)		
	變更前	**變更後**
報告時效	4 工作日；每週三、六操作，當日發報告	**4 工作日**
注意事項	脂血、溶血及污染血清不可使用。截件日：為週二、週五；Recheck 的檢體於下一個工作天操作。	**脂血、溶血及污染血清不可使用。**

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 11 月 02 日起操作之檢體。
備註：採檢手冊 2025 年_第 60 頁 (查詢：http://www.lez.com.tw/)

2. EB 病毒殼 IgA 抗體(Anti-EBV-VCA IgA)等項目變更報告時效，說明如下：

檢驗項目	報告時效	
	變更前	**變更後**
EB 病毒殼 IgA 抗體(Anti-EBV-VCA IgA)	1 工作日	**3 工作日**
抗腎絲球基底膜抗體 (Anti-Glomerular Basement Membrane Antibodies； Anti-GBM Ab)	8 工作日；每週四早上做，當日發報告	**8 工作日**
基底膜帶抗體(Basement Membrane Zone Ab)		
細胞間質抗體 (Anti-Intercellular Substance Antibodies； Anti-ICS Ab)		
抗粒腺體抗體(Anti-Mitochondrial Ab)		
抗平滑肌抗體(Anti-smoothmuscle Ab)		
抗壁細胞抗體(Anti-parietal cell Ab； APCA)		
梅毒抗體間接螢光染色法 IgG(FTA-ABS IgG)		
梅毒抗體間接螢光染色法 IgM(FTA-ABS IgM)		

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 11 月 02 日起操作之檢體。
備註：採檢手冊 2025 年_第 57、61、67、83、85、87、89、187 頁 (查詢：http://www.lez.com.tw/)

3. 自 2026 年 11 月 02 日起，檢驗項目 D-dimer test、FDP、Fibrinogen quantitation 修改可報告範圍(CRR) ，說明如下：

項目	原可報告範圍(CRR)	**新可報告範圍(CRR)**
D-D 雙合試驗 (D-dimer test)	0.215-最終濃度 ug/mL FEU	**0.215-128.000 ug/mL FEU**
纖維元蛋白分化物(FDP； Fibrin degradation product)	2.50-最終濃度 ug/mL	**2.50-120.00 ug/mL**
纖維蛋白原定量測定 (Fibrinogen quantitation)	35.0-最終濃度 mg/dL	**35.0-1000.0 mg/dL**

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 11 月 02 日起操作之檢體。
備註：採檢手冊 2025 年_第 159、173、175 頁 (查詢：http://www.lez.com.tw/)

4. 修改「檢體採檢所需之容器」3.2% Na citrate 藍蓋頭採血管採檢量之說明如下：
(適用於血液凝固學檢驗：PT、APTT、FDP、Fibrinogen、D-Dimer、Lupus anticoagulant、Antithrombin III、 Protein C、Protein S)

No	原圖示名稱	原檢體量(時間)	**新圖示名稱**	**新檢體量(時間)**
5	 3.2% Na citrate 藍蓋頭採血管 1.8 mL	1.8 c.c 黑色標準線 (上下溫和 5 次混合，血漿分離)	 **3.2% Na citrate** **藍蓋頭採血管 1.8 mL**	**1.8 c.c 黑色三角形為血量可接受範圍** **(上下溫和 5 次混合，血漿分離)**

備註：採檢手冊 2025 年_第 17 頁 (查詢：http://www.lez.com.tw/)

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：醫 檢 師 洪郁晴 分機 1431
醫 檢 師 蘇秀娥 分機 1451
醫 檢 師 陳向葯 分機 1418
技術主管 張婉亘 分機 1102
品質主管 余佩玲 分機 1503

立 人 醫 事 檢 驗 所 敬 上

立人醫事檢驗所
JY01010089