

公告編號:2021111501

受文者:貴單位主管鈞鑒

日期:2021年11月17日

公告事項:自2021年11月22日起,項目:Entamoeba histolytica IgG 變更試劑廠牌。

說明:

原廠牌 RIDASCREEN 之阿米巴抗體試驗將停止生產;自 2021/11/22(一)起,更換試劑廠牌,詳細說明如下:

	原方法	新方法
項目名稱	Entamoeba histolytica IgG	Entamoeba histolytica IgG
方法	ELISA	ELISA
廠牌	RIDASCREEN	DIAGNOSTIC AUTOMATION, INC.
檢體要求	血清	血清
檢體需求量	0.5 ml	0.5 ml
病人準備	無	無
檢體保存條件	檢體採集後需冷藏 2-8°C,可保存一周,大於一周放-20°C。	檢體採集後需冷藏 2-8°C,可保存一周,大於一周放-20°C。
參考值	Ratio: <0.9(-); ≥0.9-<1.1(+/-); ≥1.1(+)	O.D. : <0.4(-) ; ≥0.4(+)
操作時間/發報告日	每周一早上操作,當日發報告	每周一早上操作,當日發報告
危險值	≥0.9-<1.1(+/-); ≥1.1(+)	≥0.4(+)

*受影響之報告為:自2021年11月16日起所有送至本單位操作之檢體。

特此告知 造成不便 敬請見諒!

備註:QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 51 頁(查詢:<http://www.lez.com.tw/>)

承辦人員:

技術主管 許哲豪 分機 1403

品質主管 余佩玲 分機 1402

技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所
JY01010089
立人醫事檢驗所 敬上