



公告編號：20220531-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2022年05月31日

公告事項：自2022年07月01日起，檢體項目 Thyroglobulin 變更檢驗試劑廠牌。

說明：

|           | 原方法  | 新方法  |
|-----------|--|--|
| 項目名稱      | Thyroglobulin  | Thyroglobulin  |
| 方法        | RIA  | RIA  |
| 廠牌        | CIS  | IMMUNOTECH   |
| 檢體要求      | Serum 或 Plasma (EDTA、Lithium Heparin)                | Serum 或 Plasma-EDTA  |
| 檢體需求量     | 0.5mL  | 0.5mL  |
| 檢體保存條件    | 檢體離心後保存於(2~8°C)可保持5天穩定，超過5天時間的檢體則需分裝送至冰凍櫃儲(-20°C)運送。 | 檢體離心後在2-8°C可保存24小時，若無法在24小時內測試，需儲存於冷凍<-18°C，並於-18°C保存運送。避免重複冷凍和解凍。 |
| 量測區間      | 0.20-500.00  | 0.69-600.00  |
| 報告單位      | ng/mL  | ng/mL  |
| 參考值       | <50.00   | <50.00<br>(依試劑說明書)   |
| 操作時間/發報告日 | 每星期二、五操作；隔天發報告                                       | 每星期二、五操作；隔天發報告   |

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 327 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

\*受影響之報告：自2022/07/01(包含當日)起送至本所之檢體。

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：核醫組長 陳少薇 分機 1411  
技術主管 許哲豪 分機 1403  
品質主管 余佩玲 分機 1402  
技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所  
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上